

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР



ЗАПОВЕД

№ *A-0-016*

София...*03.06.*2014 г.

На основание чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Закона за измерванията и във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Наредбата), и положителни заключения в констативен протокол от 19.05.2014 г. по чл. 10 от Наредбата, издаден от комисия, определена със заповед № А-34/12.05.2014 г. на Гл. директор на Главна дирекция "Метрологичен надзор"

ОПРАВОВОЩАВАМ

"ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София, кв. "Горна баня", ул. "Цветан Вучков" № 8,

I. Да извършва първоначална и последваща проверка на

Електромери еднофазни, индукционни и статични за активна енергия, еднотарифни, двутарифни и многотарифни

Номинално напрежение: до 240 V

Обхват по ток

- основен: до 50 A
- максимален: до 120 A

Класове на точност: 0,5s; 1; 2; A; B и C

Електромери трифазни индукционни и статични за активна енергия, еднотарифни, двутарифни и многотарифни с трипроводна и четирипроводна схема на свързване:

Номинално напрежение: 3x 57,7V/100 V..... 3x240 V/415 V

Обхват по ток:

- основен: до 50 A
- максимален: до 120 A

Класове на точност: 0,2s; 0,5s; 1; 2; A; B и C

Електромери трифазни индукционни и статични за реактивна енергия, еднотарифни, двутарифни и многотарифни с четирипроводна схема на свързване:

Номинално напрежение: 3x 57,7V/100 V.....3x240 V/415 V

Обхват по ток:


- основен: до 50 A
- максимален: до 120 A

Класове на точност: 2 и 3

II. Проверката се извършва в Лаборатория проверка към "ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ" ООД на адрес: гр. София, кв. "Горна баня", ул. "Цветан Вучков" № 8, при граници на влияещите фактори, съгласно изискванията на нормативните документи и методиката за проверка.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР



ЗАПОВЕД

№ *A-0-024*

София, *06.11.* 2014 г.

Във връзка с подадено заявление (вх. № АУ-01-1969/01.10.2014 г.) за изменение на обстоятелствата в заповед за оправомощаване № А-О-016/03.06.2014 г. на "ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София, кв. "Горна баня", ул. "Цветан Вучков" № 8, на основание на чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14, във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 5 от Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /Наредбата/, както и положителни заключения в констативен протокол от 27.10.2014 г. по чл. 10, ал. 4 от Наредбата, издаден от комисия, определена със заповед № А-69/14.10.2014 г. на гл. директор на Главна дирекция "Метрологичен надзор"

ИЗМЕНЯМ

Заповед за оправомощаване № А-О-016/03.06.2014 г. на "ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София, кв. "Горна баня", ул. "Цветан Вучков" № 8, за извършване на първоначална и последваща проверка на **електромери еднофазни и трифазни, индукционни и статични за активна и реактивна енергия, еднотарифни, двутарифни и многотарифни**, в следната точка:

II. Проверката се извършва в Лаборатория проверка към "ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ" ООД на адрес: с. Мрамор, ул. "Васил Левски" № 154, при граници на влияещите фактори, съгласно изискванията на нормативните актове и методиката за проверка.

В частта по т. I, III, IV, V и VI заповед № А-О-016/03.06.2014 г. остава в сила.

Препис от настоящата заповед да се връчи на оправомощеното лице и на главния директор на ГД МН за сведение.

Председател:

Стефан Цанков

