


C13 - DOC - 3929

31.07.2017



**ДО
ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ
В „ОТКРИТА“ ПО ВИД ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С РЕФЕРЕНТЕН № PPD17-046**

Относно: Разяснения по постъпил въпрос в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, бихме желали да направим следните уточнения:

ВЪПРОС:

Във връзка с горепосочената процедура бихме искали да зададем въпрос относно изискване в таблица „Технически параметри и данни“ от Техническа спецификация на Обособена позиция 8. На ред №35 от същата е записано следното изискване:

„Наличие на стандартен интерфейс на лицевия панел за връзка с преносим РС“.

Това изискване представлява ограничително условие по отношение на потенциалните кандидати, тъй като на него отговаря точно определена фирма-производител.

Въпрос: Ще бъдат ли допуснати предложения с интерфейс, който не се намира на лицевия панел на термовизионната камера?

ОТГОВОР:

По отношение на изискването на Възложителя на ред № 35. „Наличие на стандартен интерфейс на лицевия панел за връзка с преносим РС“ от таблица „Технически параметри и данни“ на Техническата спецификация на Обособена позиция 8 са предприети действия по изменение. Решението и обявлението за изменение ще бъдат публикуване на Профила на купувача в законоустановения срок.

**С УВАЖЕНИЕ,
РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД**

